



Overensstemmelseserklæring

Sundhedsinstitution: Høje Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1 2630
Taastrup

Produkt: Telma

Erklærede formål:

Det erklærede formål med det medicinske udstyr Telma er at muliggøre kommunikation mellem sundhedspersonale og patienter. Udstyrets formål er at fungere som klinisk beslutningsstøtte, der rutinemæssigt indsamler patientdata fra måle- og monitoreringsudstyr eller spørgeskemaer for at identificere tendenser og afvigelser fra normalområder forudbestemt af sundhedspersonalet.

Kontraindikationer:

Telma er ikke beregnet til brug i tilfælde af medicinske nødsituationer eller behov for øjeblikkelig akut behandling.

Tilsigtede patientpopulation:

Den tilsigtede patientpopulation for Telma er patienter med diagnosticerede kroniske, langvarende og midlertidige sygdomme eller lidelser.

Vi erklærer hermed, at ovennævnte produkt opfylder alle betingelser i Forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr (MDR) artikel 5, stk. 5 samt de generelle krav til sikkerhed og ydeevne som fastsat i MDR bilag I.

Signeret for og på vegne af Høje Taastrup Kommune

Høje - Taastrup

stedDato

20. september 2026

Charlotte Laaber Sundheds- og omsorgschef

<Navn>, <Stillingsbetegnelse>

Dette dokument skal i henhold til MDR art 5, stk. 5, litra e) gøres tilgængeligt for offentligheden